



Klasa: 406-05/25-01/2

Urbroj: 191-1-25-3

Dubrovnik, 18. ožujka 2025. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: I odgovor na zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta u postupku jednostavne nabave „**INSTRUMENTI ZA GINEKOLOŠKE LAPARASKOPSKJE ZAHVATE**“, ev. broj nabave: 1- 35-25/JN

Dana 17. 03. 2025. godine, Naručitelj je putem maila zaprimio zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta koji glasi:

Molio bih pojašnjenje za sljedeće:

- 1. Redni broj 18 u troškovniku - koje adaptere treba imati navedeni optički kabel?*
- 2. Redni broj 27 u troškovniku – mislite li na dršku sa trompetnim ventilom ili sa kliznim ventilom?*
- 3. Redni broj 28 u troškovniku – na koji instrument se misli?*
- 4. Redni broj 29 u troškovniku – na koji instrument se misli?*
- 5. Redni broj 31 u troškovniku – na koji instrument se misli?*

ODGOVOR NARUČITELJA:

- 1. Redni broj 18 u troškovniku se odnosi na optički kabel postojećeg ginekološkog endoskopskog stupa Richard Wolf.*
- 2. Redni broj 27 u troškovniku se odnosi na multifunkcijski instrument sa trompetnim ventilom.*
- 3. Redni broj 28 u troškovniku odnosi se na završnu kapu koja je sastavni dio multifunkcijskog instrumenta za usis i irigaciju.*
- 4. Redni broj 29 u troškovniku se odnosi na adapter s otvorom koji se aplicira na multifunkcijski instrument za usis i irigaciju (sastavni dio multifunkcijskog instrumenta), a čime se omogućuje uvođenje dodatnog instrumenta kroz radni kanal tubusa za usis i irigaciju od 10mm.*
- 5. Redni broj 31 u troškovniku se odnosi na tubus/instrument za usis i irigaciju, a koji je sastavni dio multifunkcijskog instrumenta za usis i irigaciju.*

Želimo napomenuti da se točke troškovnika 27-31 odnose na sastavne dijelove multifunkcijskog instrumenta za usis i irigaciju i kao takve tvore cjelinu instrumenta.

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA