OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Odjel za nabavu, EU fondove i projekte
Dr. Roka Mišetića 2
20 000 Dubrovnik

Klasa: 406-03/25-01/24
Urbroj: 191-1-25-3
Dubrovnik, 13. 08. 2025. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: I. odgovor na zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta u postupku jednostavne nabave ***„NABAVA UREĐAJA ZA TERAPIJU UDARNIM VALOM“***, ev. broj nabave: *1-101-25/JN*

Dana 12. 08. 2025. godine, Naručitelj je putem e-maila zaprimio zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta koji glasi:

Molimo Vas da provjerite slijedeće specifikacije i uvažite naše prijedloge za izmjenama:

1.) Piezoelektrični generator udaraca?
   - najrjeđe korištena vrsta generatora, zastarjela tehnologija
   - u fizikalnoj terapiji u Europi još ga proizvodi samo EMS (Electro Medical Systems), isključujete sve druge ponuđivače.
   - postoje još i pneumatski i elektromagnetski generatori koji predstavljaju modernije i suvremenije varijante.
   - **PRIJEDLOG: 1. Piezoelektrični, pneumatski ili elektromagnetski generator.**

2.) Opremljen s minimalno 3 aplikatora?
   - Uređaj ima 1 kanal za 1 aplikator.
   - Za što specifično Vam trebaju 3 aplikatora? Eventualno 1 kao zamjenski.
   - **PRIJEDLOG: 2. Opremljen sa minimalno 2 ili više aplikatora.**

3.) Frekvencija od 1-10 Hz ili više?
   - Danas je standard od 1-20 Hz, zašto se ograničavate na samo 1-10Hz?
   - **PRIJEDLOG: 3. Frekvencija od 1-20 Hz ili više.**

4.) Snaga od 1bar ili više?
   - Danas je standard od 1-5 bara, zašto se ograničavate na samo 1 bar?
   - **PRIJEDLOG: 4. Snaga od 1 do 5 bara ili više**

5.) Stalak s minimalno 3 police?
   - Da li je stvarno presudno da li stalak ima 2, 3, 4 ili 5 police?
   - **PRIJEDLOG: 5. Stalaka sa minimalno 2 ili više police?**

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Odjel za nabavu, EU fondove i projekte
Dr. Roka Mišetića 2
20 000 Dubrovnik

ODGOVOR NARUČITELJA:

1.) Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, definiranim od strane medicinske struke, na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način te pritom se vodeći za dobrobit krajnjih korisnika odnosno pacijenata.

2.) Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno istraživanjem tržišta, svojim potrebama, definiranim od strane medicinske struke, na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način. Ovaj zahtjev postavljen je radi osiguranja mogućnosti izvođenja terapije različitim vrstama aplikatora, ovisno o vrsti tretmana i veličini tretiranog područja, kao i radi osiguranja kontinuiteta rada uređaja u slučaju potrebe za zamjenom aplikatora. Imajući u vidu svrhu i ciljeve nabave, Naručitelj smatra da zahtjev za minimalno 3 aplikatora ostaje opravdan te ne prihvaća prijedlog izmjene na 2 aplikatora.

3.) Navedena formulacija tehničke karakteristike ne ograničava gospodarske subjekte koji nude uređaje s većim frekvencijskim rasponom od propisanog, pod uvjetom da je ispunjen minimalni zahtjev iz Tehničkih specifikacija. Naručitelj ne prihvaća prijedlog te specifikacija ostaje neizmijenjena.

4.) Navedena formulacija tehničke karakteristike ne ograničava gospodarske subjekte koji nude uređaje s snagom većom od 1 bara da se prijave. Slijedom navedenog, naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te specifikacija ostaje neizmijenjena.

5.) Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Mijenja se stavka 1.12. Tehničkih specifikacija za postupak nabave UDARNOG VALA tako da sada glasi: Stalak sa minimalno 2 ili više police.

Rok za dostavu ponuda ostaje nepromijenjen.

STRUČNO POVJERENSTVO NARUČITELJA